

	Deutsch	English	Français	Italiano
OMNIMED Ortho Intrinsic 3 Fingerschiene OMNIMED Ortho Manu Intrinsic Plus 3-Finger Brace OMNIMED Ortho Intrinsic 3 doigt OMNIMED Ortho Intrinsic 3 dito	OMNIMED Ortho Intrinsic 3 Fingerschiene Schiene zur Ruhigstellung der Langfinger Indikation: Postoperative/ Posttraumatische Verletzungen des Handgelenks und Finger (III-V) Erkrankungen, die eine Ruhigstellung benötigen Applikation: Velcrobänder lösen und Schiene öffnen Finger und Handgelenk auf der Schiene lagern Velcrobänder anziehen Der mittlere Velcrogurt wird zwischen Daumen und Zeigefinger zum Handrücken geführt. Waschhinweis Bandage vor Gebrauch waschen. Wir empfehlen, die Bandage von Hand bei 30 °C mit einem Feinwaschmittel zu waschen. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schliessen. Bandage nicht schleudern, wringen oder chemisch reinigen. Zum Trocknen Bandage nicht direkter Hitze (Heizkörper, Tumbler) aussetzen. Achtung!: Fette, Öle, Lotionen und Salben können das Material schädigen.  30 °C / 86 °F  Hinweise: Die Schiene/Bandage ist ausschließlich für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt. Dieses Produkt stellt keine Schutzausrüstung dar und ist nicht für die Verhinderung von Verletzungen durch Stürze, etc. vorgesehen. Passen Sie ihr Aktivitätslevel dementsprechend an. Stellen Sie durch die richtige Grösse, das korrekte Anlegen und den korrekten Sitz der Orthese sicher, dass es zu keinen lokalen Druckscheinungen und Einengungen an durchlaufenden Blute-fäßen und Nerven kommt. Kontraindikationen: Bei nachfolgenden Indikationen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich: Hauterkrankungen/-verletzungen; Entzündungen; aufgeworfene Narben mit Schwellung; Rötung und Überwärmung im versorgten Körperabschnitt; Krampfadern stärkeren Ausmaßes, insbesondere mit Rückfluss-Störungen, Lymphabfluss-Störungen – auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des Hilfsmittels; Empfindungs- und Durchblutungsstörungen im Bereich der Beine, z. B. bei diabetischer Neuropathie. Das Produkt darf nur an einer Person verwendet werden. Reinigen Sie dieses vor Gebrauch und dann immer wieder regelmässig. Mangelhafte Reinigung und die Wiederverwendung an anderen Personen kann zu Hautirritationen, Bildung von Ekzemen oder Infektion durch Kontamination mit Keimen führen. Verwenden sie das Produkt bei auftretenden Hautirritationen nicht weiter. Verwenden Sie das Produkt nicht bei bekannter Allergie gegen Wärme und verwenden sie das Produkt bei auftretenden Hautirritationen nicht weiter Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, Glut oder anderen Hitzequellen fern um Produktschäden und Brandverletzungen zu vermeiden. Materialien: 65% Polyester 25% Nylon 10% Polyurethane Aluminum	OMNIMED Ortho Manu Intrinsic Plus 3-Finger Brace Brace to immobilise the long fingers Indication Posttraumatic and postoperative injuries of the wrist and fingers (III-V) and chronic diseases of the wrist and fingers (III-V) that require immobilisation. Application Loosen the Velcro straps and open the brace Rest fingers and wrist on the brace. Tighten the Velcro straps Place the middle Velcro strap between thumb and index finger to the back of the hand. Washing instructions Wash the bandage before use. We recommend washing the splint by hand at 30°C with a mild detergent. detergent. Remove the metal splint and close the Velcro fasteners before washing. Do not spin dry, wring or dry clean the splint. To dry Do not expose the splint to direct heat (radiator, tumble dryer). Caution: Greases, oils, lotions and ointments can damage the material.  30 °C / 86 °F  Notes The splint/bandage is intended for contact with intact skin only. This product is not protective equipment and is not intended for the prevention of injuries from falls, etc. Adjust your activity level accordingly. Ensure that the orthosis is correctly sized, fitted and seated to prevent localised pressure and constriction of blood vessels and nerves passing through. Contraindications: Consultation with a doctor is required for the following indications: skin diseases/injuries; inflammations; raised scars with swelling; redness and overheating in the supplied part of the body; varicose veins of greater extent, especially with backflow disturbances, lymphatic drainage disturbances - also unclear soft tissue swellings away from the aid; sensation and circulation disturbances in the area of the legs, e.g. in diabetic neuropathy. The product may only be used on one person. Clean it before use and then again regularly. Poor cleaning and reuse on other people can lead to skin irritation, formation of eczema or infection due to contamination with germs. Do not continue to use the product if skin irritation occurs. Do not use the product if you have a known allergy to heat and do not continue to use the product if skin irritation occurs. Keep the product away from open flames, embers or other sources of heat to avoid product damage and burn injuries. Please consult your doctor immediately if you have any complaints. Please report any serious incidents involving this product to the manufacturer or the competent national authority. Storage Store in a dry place at room temperature. Disposal Dispose of the product in accordance with applicable national regulations.	OMNIMED Ortho Intrinsic 3 doigt Attelle pour l'immobilisation des doigts longs Indication Sentiment d'instabilité Immobilisation de l'articulation du doigt Application Desserrez les bandes Velcro et ouvrez l'attelle. Posez les doigts et le poignet sur l'attelle Serrer les bandes Velcro Faites passer la bande Velcro du milieu entre le pouce et l'index vers le dos de la main. Instructions de lavage Lavez le bandage avant de l'utiliser. Nous recommandons de laver l'attelle à la main à 30°C avec un détergent doux. détergent. Retirez l'attelle métallique et fermez les fermetures velcro avant de laver. Ne pas essorer, tordre ou nettoyer à sec l'attelle. Pour sécher N'exposez pas l'attelle à une chaleur directe (radiateur, sèche-linge). Attention : les graisses, huiles, lotions et pommades peuvent endommager le matériau.  30 °C / 86 °F  Notes L'attelle/le bandage est destiné à entrer en contact avec une peau intacte uniquement. Ce produit n'est pas un équipement de protection et n'est pas destiné à prévenir les blessures dues aux chutes, etc. Adaptez votre niveau d'activité en conséquence. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de pression localisée ou de constriction des vaisseaux sanguins et des nerfs qui passent en dimensionnant, en enfilaent et en ajustant correctement l'orthèse. Contre-indications : La consultation d'un médecin est nécessaire pour les indications suivantes : maladies/lésions de la peau ; inflammations ; cicatrices en relief avec gonflement ; rougeurs et surchauffe dans la partie du corps concernée ; varices plus importantes, notamment en cas de troubles du reflux, de troubles du drainage lymphatique - également gonflement peu clair des tissus mous à distance de l'aide ; troubles de la sensation et de la circulation dans la zone des jambes, par exemple en cas de neuropathie diabétique. Le produit ne peut être utilisé que sur une seule personne. Nettoyez-le avant de l'utiliser, puis régulièrement. Un mauvais nettoyage et la réutilisation sur d'autres personnes peuvent provoquer une irritation de la peau, la formation d'eczéma ou une infection due à la contamination par des germes. Ne continuez pas à utiliser le produit en cas d'irritation de la peau. N'utilisez pas le produit si vous avez une allergie connue à la chaleur et ne continuez pas à utiliser le produit en cas d'irritation de la peau. Tenez le produit à l'écart des flammes nues, des braises ou d'autres sources de chaleur pour éviter d'endommager le produit et de vous brûler. Veuillez consulter votre médecin immédiatement si vous ressentez une gêne quelconque. Veuillez signaler tout incident grave impliquant ce produit au fabricant ou à l'autorité nationale compétente. Stockage Conservser dans un endroit sec à température ambiante. Élimination Éliminer le produit conformément aux réglementations nationales en vigueur.	OMNIMED Ortho Intrinsic 3 dito Attelle pour l'immobilisation des doigts longs Indicazione Sensazione di instabilità Immobilizzazione dell'articolazione del dito Applicazione Allentare le cinghie in velcro e aprire la stecca Appoggiare le dita e il polso sulla stecca Stringere le cinghie di velcro Guida il cinturino centrale in velcro tra il pollice e l'indice verso il dorso della mano. Istruzioni per il lavaggio Lavare la benda prima dell'uso. Si consiglia di lavare la stecca a mano a 30°C con un detergente delicato. detergente. Rimuovere la stecca di metallo e chiudere le chiusure in velcro prima del lavaggio. Non girare, strizzare o lavare a secco la stecca. Per asciugare Non esporre la stecca al calore diretto (radiatore, asciugatrice). Attenzione: Grassi, oli, lozioni e unguenti possono danneggiare il materiale.  30 °C / 86 °F  Nota La stecca/cintura è destinata esclusivamente al contatto con la pelle intatta. Questo prodotto non è un equipaggiamento protettivo e non è destinato alla prevenzione di lesioni da cadute, ecc. Regola il tuo livello di attività di conseguenza. Assicurarsi che l'ortesi sia correttamente dimensionata, montata e seduta per prevenire la pressione locale e la costrizione dei vasi sanguigni e dei nervi. Controindicazioni: La consultazione con un medico è necessaria per le seguenti indicazioni: malattie/lesioni della pelle; infiammazioni; cicatrici in rilievo con gonfiore; arrossamento e surriscaldamento nella parte fornita del corpo; vene varicose di maggiore estensione, specialmente con disturbi di reflusso, disturbi del flusso linfatico - anche gonfiore non chiaro dei tessuti molli lontano dall'aiuto; disturbi di sensazione e circolazione nella zona delle gambe, per esempio nella neuropatia diabetica. Il prodotto può essere usato solo su una persona. Pulirlo prima dell'uso e poi di nuovo regolarmente. La scarsa pulizia e il riutilizzo su altre persone possono causare irritazioni cutanee, eczemi o infezioni dovute alla contaminazione con germi. Non continuare ad usare il prodotto se si verifica un'irritazione della pelle. Non usare il prodotto se si ha un'allergia nota al calore e non continuare ad usare il prodotto se si verifica un'irritazione della pelle. Tenere il prodotto lontano da fiamme aperte, braci o altre fonti di calore per evitare danni al prodotto e lesioni da ustioni. Si prega di consultare immediatamente il medico curante in caso di reclami. Si prega di segnalare tutti gli incidenti gravi che coinvolgono questo prodotto al produttore o all'autorità nazionale competente. Stoccaggio Conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Smaltimento Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali applicabili.
 Homed AG Heglerenstrasse 243 CH 4712 Laupersdorf, Switzerland Tel +41 62 391 59 70 Physical Manufacturer: SMEDICOPHILS INC. Gate 2 Building 2 Suburban Dr Cainta Rizal Philippines 1900 Version: 20240412_01				

	Dansk	Dutch	Svenska	Norsk
OMNIMED Ortho Intrinsic 3 finger OMNIMED Ortho Intrinsic 3 vinger OMNIMED Ortho Intrinsic 3 finger OMNIMED Ortho Intrinsic 3 finger	OMNIMED Ortho Intrinsic 3 finger Skinne til immobilisering af de lange fingre Angivelse Følelse af ustabilitet Immobilisering af fingerleddet Ansøgning Løsn velcrobåndene og åbn skinnen Hvil fingre og håndled på skinnen Spænd velcrobåndene Før den midterste velcrorem mellem tommel- og pegefinger til bagsiden af hånden. Vaskeanvisninger Vask bandagen før brug. Vi anbefaler, at skinnen vaskes i hånden ved 30 °C med et mildt vaskemiddel. rengøringsmiddel. Fjern metalskinnen, og luk velcrolukningerne, inden du vasker den. Skinnen må ikke centrifugeres, vrides eller tørrenses. Til tørring Skinnen må ikke udsættes for direkte varme (radiator, tørretumbler). Forsigtig: Fedt, olie, lotioner og salver kan beskadige materialet.      30 °C / 86 °F Bemærk Skinnen/bandagen er udelukkende beregnet til kontakt med intakt hud. Dette produkt er ikke beskyttelsesudstyr og er ikke beregnet til forebyggelse af skader ved fald osv. Tilpas dit aktivitetsniveau i overensstemmelse hermed. Sørg for, at ortosen er korrekt dimensioneret, korrekt monteret og korrekt placeret for at forhindre lokalt tryk og indsnævring af blodkar og nerver. Kontraindikationer: Ved følgende indikationer er det nødvendigt at konsultere en læge: hudsygdomme/skader, betændelser, hævede ar med hævelse, rødme og overopthedning i den forsynede del af kroppen, åreknuder af større omfang, især med tilbagestrømningsforstyrrelser, lymfellowforstyrrelser - også uklar bløddelssvulst væk fra hjælpemidlet, føle- og kredsløbsforstyrrelser i området omkring benene, f.eks. ved diabetisk neuropati. Produktet må kun anvendes på én person. Rengør den før brug og derefter regelmæssigt igen. Dårlig rengøring og genbrug på andre mennesker kan forårsage hudirritation, eksem eller infektion på grund af forurening med bakterier. Fortsæt ikke med at bruge produktet, hvis der opstår hudirritation. Brug ikke produktet, hvis du har en kendt allergi over for varme, og fortsæt ikke med at bruge produktet, hvis der opstår hudirritation. Hold produktet væk fra åben ild, gløder eller andre varmekilder for at undgå produktskader og forbrændingsskader. Kontakt straks din læge, hvis du har nogen klager. Anmeld alle alvorlige hændelser med dette produkt til producenten eller til den relevante nationale myndighed. Opbevaring: Opbevares på et tørt sted ved stuetemperatur. Bortskaffelse: Bortskaf produktet i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser.	OMNIMED Ortho Intrinsic 3 vinger Spalk om de lange vingers te immobiliseringen Aanduiding Gevoel van instabiliteit Immobilisatie van het vingergewricht Toepassing Maak de klittenband los en open de spalk Laat vingers en pols op de spalk rusten Trek de klittenband aan Leid de middelste klittenband tussen duim en wijsvinger naar de rug van de hand. Wasvoorschriften Was het verband voor gebruik. Wij raden aan de spalk met de hand te wassen op 30°C met een mild wasmiddel. wasmiddel. Verwijder de metalen spalk en sluit de klittenbandsluitingen voor het wassen. De spalk niet centrifugeren, uitwringen of chemisch reinigen. Om te drogen Stel de spalk niet bloot aan directe warmte (radiator, droogtrommel). Let op: vetten, oliën, lotions en zalven kunnen het materiaal beschadigen.      30 °C / 86 °F Noteer De spalk/zwachtel is uitsluitend bestemd om in contact te komen met de intacte huid. Dit product is geen beschermingsmiddel en is niet bedoeld ter voorkoming van letsel door vallen, enz. Pas uw activiteitsniveau daarop aan. Zorg ervoor dat de orthese de juiste maat heeft, correct wordd aangemeten en correct wordd geplaast om plaatselijke druk en beklemming van bloedvaten en zenuwen te voorkomen. Contra-indicaties: Raadpleging van een arts is vereist bij de volgende indicaties: huidziekten/blessures; ontstekingen; verheven littekens met zwelling; roodheid en oververhitting in het aanvoerende deel van het lichaam; spataderen van grotere omvang, vooral met terugstroomstoornissen, lymfestroomstoornissen - ook onduidelijke weke delen zwelling uit de buurt van de steun; gevoels- en circulatiestoornissen in het gebied van de benen, bijv. bij diabetische neuropathie. Het product mag slechts op één persoon worden gebruikt. Maak het schoon voor gebruik en daarna nog eens regelmatig. Slechte reiniging en hergebruik op andere mensen kan hudirritatie, eczeem of infectie veroorzaken als gevolg van besmetting met ziektekiemen. Het product niet blijven gebruiken indien hudirritatie optreedt. Gebruik het product niet als u een bekende allergie voor warmte heeft en ga niet door met het gebruik van het product als hudirritatie optreedt. Houd het product uit de buurt van open vuur, sintels of andere warmtebronnen om schade aan het product en brandwonden te voorkomen. Gelieve alle ernstige incidenten met dit product te melden aan de fabrikant of de bevoegde nationale instantie. Gelieve alle ernstige incidenten met dit product te melden aan de fabrikant of de bevoegde nationale instantie. Opslag Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur. Verwijdering Gooi het product weg in overeenstemming met de geldende nationale voorschriften.	OMNIMED Ortho Intrinsic 3 finger Skena för immobilisering av långa fingrar Anvisning Känsla av instabilitet Immobilisering av fingerleden Ansökan Lossa kardborrebanden och öppna skenan Vila fingrar och handled på skenan. Dra åt kardborrebanden För det mellersta kardborrebandet mellan tummen och pekfinger till handryggen. Tvåttråd Tvätta bandaget före användning. Vi rekommenderar att du tvättar skenan för hand i 30 °C med ett mild tvättmedel. Tvättmedel. Ta bort metalskenan och stäng kardborrebanden innan du tvättar den. Skenan får inte snurras, vridas eller kemtvättas. För att torka Utsätt inte skenan för direkt värme (radiator, torktumlare). Försiktighet: Fetter, oljor, lotioner och salvor kan skada materialet.      30 °C / 86 °F Anmärkning Skenan/forbandet är uteslutande avsett för kontakt med intakt hud. Den här produkten är inte en skyddsutrustning och är inte avsedd för att förhindra skador från fall etc. Anpassa din aktivitetsnivå därefter. Se till att ortosen är korrekt dimensionerad, korrekt monterad och korrekt placerad för att förhindra lokalt tryck och inskränkning av blodkärl och nerver. Kontraindikationer: Vid följande indikationer krävs läkarkonsultation: hudsjukdomar/skador, inflammationer, upphöjda ärr med svullnad, rodnad och överhettning i den tillförsedda delen av kroppen, åderbräck av större omfattning, särskilt vid störningar i återflödet, störningar i lymflödet – även oklara mjukdelssvullnader utanför stödet, känsel- och cirkulationsstörningar i området kring benen, t.ex. vid diabetisk neuropati. Produkten får endast användas på en person. Rengör den innan du använder den och sedan regelbundet igen. Dålig rengöring och återanvändning på andra människor kan orsaka hudirritation, eksem eller infektioner på grund av bakterier. Fortsätt inte att använda produkten om hudirritation uppstår. Använd inte produkten om du har en känd allergi mot värme och fortsatt inte att använda produkten om hudirritation uppstår.N'utilisez pas le produit si vous avez une allergie connue à la chaleur et ne continuez pas à utiliser le produit en cas d'irritation de la peau. Håll produkten borta från öppen eld, glöd eller andra varmekällor för att undvika skador på produkten och brännskador. Kontakta den behandlande läkaren omedelbart vid besvär. Rapportera alla allvarliga incidenter med denna produkt till tillverkaren eller den behöriga nationella myndigheten. Lagring Förvaras på ett torrt ställe i rumtemperatur. Bortskaffande Bortskaffa produkten i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser.	OMNIMED Ortho Intrinsic 3 finger Skinne for å immobilisere tyvfingrene Indikasjon Følelse av ustabilitet Immobilisering av fingerleddet Applikasjon Løsne borrelåsbåndene og åpne skinnen Plasser fingrene og håndleddet på skinnen Ta på borrelåstropper Den midterste borrelåsstangen føres mellom tommelen og pekefingeren til baksiden av hånden. Vaskeinstruksjoner Vask bandasje før bruk. Vi anbefaler å rengjøre skinnen for hånd ved 30 ° C med et mildt vaskemiddel å vaske. Fjern metalskinnen for du vasker den, og lukk borrelåsfeste. Ikke spinn, vri eller rens skinnen. Å tørke Ikke utsett skinnen for direkte varme (radiatorer, tumblere). Advarsel!: Fett, oljer, kremer og salver kan skade materialet.      30 °C / 86 °F Merk Skinnen / bandasjen er kun ment for kontakt med intakt hud. Dette produktet utgjør ikke verneutstyr og er ikke ment for å forhindre skader fra fall osv. Juster aktivitetsnivået ditt deretter. Med riktig størrelse, riktig påføring og riktig tilpasning av ortosen, sørg for at det ikke er lokale trykklønomener og innsnevring i blodkar og nerver som løper gjennom den. Kontraindikasjoner: Konsultasjon med legen er nødvendig for følgende indikasjoner: hudsykdommer / skader; Betennelse; hevede arr med hevelse; Rødhet og overoppheting i den tilførte delen av kroppen; Åreknuter i større grad, spesielt med refleksforstyrrelser, lymfedreneringsforstyrrelser - også uklare bløtvevshevelser vekk fra hjelpemidlet; Sensoriske og sirkulasjonsforstyrrelser i bena, f.eks. B. i diabetisk neuropati. Produktet kan bare brukes på én person. Rengjør den før bruk og deretter regelmessig. Mangelfull rengjøring og gjenbruk for andre mennesker kan føre til hudirritasjon, dannelse av eksem eller infeksjon gjennom forurensning med bakterier. Ikke fortsatt å bruke produktet hvis hudirritasjon oppstår. Ikke bruk produktet hvis du har en kjent allergi mot varme, og ikke fortsatt å bruke produktet hvis hudirritasjon oppstår Hold produktet b

